


**HUMBY-BRAITHWAITE Dermatome (06.484.00)**

1. Zum Entsperren des Spannblechs muss dieses nach vorne gedrückt werden.



2. Nach dem Entsperren wird die Aufnahme geöffnet.



3. Instrument um 180° drehen, um die Klinge zu entfernen. Das Instrument ist demontiert.

